

2011年6月14日

お客様各位

日本ハム株式会社
中央研究所
ヘルスサポート課

FASTKITエライザVer.Ⅱ落花生の出荷停止のお知らせ

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度ご利用頂いておりますFASTKIT エライザ Ver.Ⅱ落花生に添付しております標準溶液の性能に下記のような問題があることが確認されました。

つきましては、FASTKIT エライザ Ver.Ⅱ落花生を当面出荷停止とさせていただきます。また、当該製品の使用をとりやめて頂きたくご連絡申し上げます。

お手元の当該製品に関しましても適宜対応させて頂きたく、お手数ですがキット外箱側面に記載されている販売会社までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ご利用頂いておりますお客様には、多大なるご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

一日も早い製造再開に向けて努力するとともに、今後このようなことのないよう、更なる品質の向上を目指し努力して参る所存ですので、ご高配の程、どうかよろしく願いいたします。

謹白

記

【該当製品】

製品名	ロット番号	有効期限	標準溶液ロット番号
FASTKIT エライザ Ver.Ⅱ落花生	NH11ELP47	2011年7月	NP008
FASTKIT エライザ Ver.Ⅱ落花生	NH11ELP48	2011年9月	NP101
FASTKIT エライザ Ver.Ⅱ落花生	NH11ELP49	2011年10月	NP102

【性能不良の内容】

標準溶液製造後、数ヶ月経過した後、吸光度が著しく上昇するため、正しい検量線が作成できず測定サンプルの定量結果が低くなる可能性が確認されました。

【本件に関するお問い合わせ先】

販売元

日水製薬株式会社 営業企画推進部:TEL03-5846-5707

和光純薬工業株式会社 試薬営業本部学術部:TEL06-6203-1788/03-3270-8243

製造元

日本ハム株式会社 中央研究所ヘルスサポート課:TEL029-847-7825

以上